Mode d'emploi résumé – Mesure de la glycémie avec le lecteur iBGSTAR®

- **Sans codage**
- **Sans codage** – 0,5 µl
- **Durée du test** – 6 secondes*
- **Mémoire** – 300 mesures dans l'appareil, pratiquement illimitée dans l'application

*Durée moyenne du test

Ces instructions sont purement indicatives.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi complet avant la première utilisation du lecteur iBGStar®.

1

Démarrage de l'application et connexion

- Sur votre iPhone ou votre iPod touch, appuyez sur l'icône iBGStar® Diabete Manager afin de lancer l'application.
- Raccordez le lecteur en fichant son Dock Connector dans le port correspondant de votre iPhone ou de votre iPod touch.
- Vous pouvez le cas échéant utiliser votre iBGStar® sans appareil Apple.

2



Insérez la bandelette

- Utilisez uniquement des bandelettes BGStar®. Insérez la bandelette dans la fente d'insertion avec les barres de contact orientées vers le haut. Le lecteur est automatiquement activé.
- **ATTENTION :** pour garantir systématiquement des résultats précis, lavez-vous les mains au savon et à l'eau tiède et séchez-les soigneusement avant chaque test.

3



Site de piqûre

- Préparez l'autopiqueur selon les instructions qui figurent page 2 du présent mode d'emploi.
- Appuyez l'autopiqueur contre le site à piquer.
- Appuyez sur le bouton déclencheur. Pour prélever le sang à un autre endroit du corps, veuillez consulter le mode d'emploi.

4



Mettez la bandelette en contact avec l'échantillon de sang

- La bandelette absorbe le sang dans la zone d'échantillon.

5

Retirez la bandelette de l'échantillon de sang quand vous entendez le bip

- L'appareil émet un bip lorsqu'il faut retirer l'extrémité de la bandelette de l'échantillon de sang.
- La barre de progression et l'affichage «1-2-3» sur l'écran tactile de votre appareil Apple indiquent que l'appareil est en train de calculer votre résultat.

6

Fin de la mesure

- Votre test est terminé quand votre résultat de glycémie avec l'heure et la date s'affiche à l'écran. Confirmez l'indicateur de repas.
- Retirez la bandelette de test. Votre iBGStar® s'éteint automatiquement. Retirez l'embout de l'autopiqueur et remettez le capuchon de la lancette.
- Vous pouvez déconnecter votre iBGStar® de votre appareil Apple ou les laisser connectés.
- Retirez et jetez la lancette.

CE 0123
Fabricant : Agamatrix Inc.; 7c Raymond Avenue, Salem NH 03079, USA
Distribué par : sanofi-aventis (suisse) sa 11, rue de Veyrot
C.P. 361 CH-1217 Meyrin 1

SANOFI DIABETES

Préparation de l'autopiqueur

1



Retirez l'embout de l'autopiqueur.

2



Insérez une nouvelle lancette à fond dans le support de lancettes.

3



Détachez le capuchon de la lancette en tournant.

4



Remettez l'embout de l'autopiqueur.

5

Réglez la profondeur de piqûre.

6



Tirez le bouton d'armement jusqu'à ce qu'il émette un clic.

Diabetes-care line
0800 87 0800
Gratuit
en 3 langues
7 jours sur 7
réponse dans les 24 heures

sanofi-aventis (suisse) sa
11, rue de Veyrot, CH-1217 Meyrin 1
www.sanofi.ch

L'iPhone et l'iPod touch ne sont pas fournis avec le lecteur iBGStar®. iPhone et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'application iBGStar® Diabete Manager est disponible dans l'App-Store.

CH-BGM-2011-08-20-326298

SANOFI DIABETES